




## УСТАНОВКА МОДУЛЕЙ pH / redoX / СВОБОДНЫЙ ХЛОР / ПРОВОДИМОСТЬ




**a** Выключите устройство с помощью переключателя ВКЛ / ВЫКЛ и достаньте вилку из розетки

**b** Снимите дисплей

**c** С помощью отвертки снимите крышку, закрывающую раёмы

**d** Отвинтите крышку устройства

**e** Вставьте платы управления в соответствующие слоты



**f** Светодиоды должны быть расположены в верхнем левом углу. Чтобы проверить правильность установки (b), подключите дисплей к устройству. При включении (a) система обнаруживает электронные платы и отображает показания на дисплее

**g** При правильной установке светодиод платы управления будет мигать.

Как только устройство покажет значения pH и / или redoX, установите крышку на место и прикрутите ее (d). Для настройки / калибровки новых элементов управления следуйте инструкциям в руководстве.

