



НАСОС pH

Общие характеристики

- Источник питания 220 В переменного тока
- Дисплей с 4 цифрами и 7 сегментами
- BNC-соединение для датчика pH
- 3 положения переключателя: Заливка, ВКЛ, Ожидание
- Скорость потока и давление перистальтического насоса см. на этикетке
- Диапазон измерения pH: 3,8÷8,2 pH (точность: 0,1 PH)
- Метод дозирования ВКЛ-ВЫКЛ (заданное значение регулируется)
- Метод калибровки pH по 1 точке

Положение переключателя:


1) Положение заливки “насос работает” (положение переключателя MOM)


2) Обычное положение “прибор для измерения pH и дозирования” (положение переключателя ВКЛ)

Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку , чтобы войти в меню калибровки:

Датчик pH: насос отображает **C7pH**, нажмите кнопку  и подождите 60 секунд

На дисплее отображается состояние датчика, например: **C100**

Нажмите и удерживайте кнопку , пока не замигает значение уставки, затем нажмите эту кнопку снова, чтобы увеличить значение.


Отпустите кнопку , через 3 секунды значение будет сохранено, и насос отобразит **mem**.

Диапазон значений составляет от 4 pH до 8 pH с увеличением на 0.1 pH.

При реальном значении менее 6.0 pH отображаемое значение будет мигать.

При реальном значении более 8.0 pH отображаемое значение будет мигать.

3) Положение ожидания “Насос остановлен” (положение переключателя ВЫКЛ.)

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы войти в меню настроек:

Меню настройки pH:

1) Настройте метод дозирования кислоты или щёлочи

2) Фиксированное значение температуры 25 °C



pH PUMP


General Features


- Power Supply 220 Vac
- Display 4 digits with 7 segments
- Bnc connection for probe pH
- Switch 3 position Priming, ON, Stand by
- Peristaltic pump flowrate and pressure look at label on product
- Measure Range pH: 3,8÷8,2 pH (resolution: 0.1 PH)
- Dosage method ON-OFF (Set Point adjustable)
- Calibration method pH 1 Point

Switch position:

1) Priming position “the pump running” (Switch position MOM)


2) Normal position “the instrument measure pH and dosing. (Switch position ON)

Keep Press  key for 5 seconds to run calibration menu:

pH probe: the pump displays **C7pH** press  key and wait 60 seconds

Displays quality probe ex: **C100**

Keep Press  key until flashing Setpoint value press again to increase the value


when you are ready to leave a  key after 3 seconds the unit save the value and flashing **mem.**

Value to set from 4 pH until 8 pH increase step by step 0.1 pH,

When the real measure is less than 6.0 pH Flashing the value

When the real measure is more than 8.0 pH Flashing the value

3) Stand by position “The pump is stop” (Switch position OFF)

Keep Press  key for 3 seconds to run Setup menu:

pH setup menu:

1] Adjust dosage method for pH Acid or Alka

2] Temperature fixed Value 25°C